

设备性能需求（购置参数）：

1. 用途：适用于腹腔镜器械的包装、灭菌及储存。
2. 适用灭菌方式：支持高温高压、过氧化氢等离子、及环氧乙烷等灭菌方式。
3. 灭菌盒材质：经过电镀处理的铝制或钛合金、高性能塑料及树脂等材质。具有重量轻、高强度、高硬度、高韧性、高耐压性、耐刮擦、耐高温、耐腐蚀等特性，使用过程中不出现变形。
4. 支架的安放操作简单、牢固可靠，同时也可灵活调节，可根据器械类型选择不同的固定方式。
5. 完全可拆卸结构，适用于任何清洗机，清洁保养方便。
6. 灭菌盒配有专配硅胶垫、手术器械固定器、器械托沟或器械支撑架，用于器械的保护、存放时的安全；
7. 结构：篮筐底部采用平底设计，使底部与包装材料充分接触避免篮筐滑动时磨破包装材料
8. 器械盒尺寸：
大盒：长 550~600mm、宽 250~300mm、高 100~110mm
小盒：长 420~480mm、宽 80~100mm、高 40~60mm