

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: <u>刘峰</u>	
	职称: <u>副主任医师</u>	
	工作单位: <u>南宁市第三人民医院</u>	
项目信息	项目名称: 广西壮族自治区生殖医院优生遗传科微阵列基因芯片系统 配送服务项目	
	项目预算金额 81.60 万元	
	供应商名称: 广西超谱仪器有限公司	
专业人员 论证意见	广西壮族自治区生殖医院开展的微阵列基因芯片检测分析系统使用的是 Affymetrix(昂白)基因芯片分析系统, 系统检测芯片型号为: CytoScan 750k 和 Optima CytoScan 芯片, Affymetrix(昂白)基因芯片分析系统及 CytoScan 750k、Optima CytoScan 芯片为一体化的注册验证组合, 全部 配套芯片、试剂盒、芯片缓冲液、标记纯化试剂、杂交染色耗材均为原 厂正规配试剂, 不兼容第三方及非原厂基因芯片及试剂耗材。 广西超谱仪器有限公司做为本基因芯片及试剂耗材的唯一授权 供应商, 只能从该供应商处进行采购。该项目符合《政府采购法》中关于单一来源采购的情形: "只能从唯一供应商处采购的, 即因使用不可替代的专利、专有技术, 或若公共服务项目具有特殊要求等, 导致只能从某一特定 供应商处采购的。" 因此, 建议本项目采用单一来源采购方式	
	专业人员 签字	

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 刘丽萍	
	职称: 教授	
	工作单位: 退休	
项目信息	项目名称: 广西壮族自治区生殖医院优生遗传科微阵列基因芯片系统配送服务项目	
	项目预算金额 81.60 万元	
	供应商名称: 广西超谱仪器有限公司	
专业人员 论证意见	广西壮族自治区生殖医院优生遗传科原已购买Affymetrix微阵列基因芯片分析系统(GCS 3000DX v.2),现准备采购CytoScan 750K配套试剂盒,该系统与CytoScan 750K芯片为一体注册验证组合,为原厂专属匹配耗材,不兼容第三方,分析系统与试剂盒属于专机专用关系。OptimaCy to Scan是GCS 3000DX v.2专用的基因芯片阵列,为一次性检测载体,唯一匹配,属于专机专用关系。 广西超谱仪器有限公司作为本基因芯片阵列及配套试剂盒的唯一授权供应商,只能从该供应商处进行采购。该项目符合广西财政厅文件桂财规[2021]4号文件(一)只能从唯一供应商处采购的,即因使用不可替代的专利、专有技术,或有公共服务项目具有特殊要求等,导致只能从某一特定供应商采购的。因此,建议采用单一来源方式进行采购。	
专业人员 签字	刘丽萍	日期 2026年5月9日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 黄胜贤	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 南宁市第二人民医院 五象医院	
项目信息	项目名称: 广西壮族自治区生殖医院优生遗传科微阵列基因芯片系统配送服务项目	
	项目预算金额 81.60 万元	
	供应商名称: 广西超谱仪器有限公司	
专业人员 论证意见	广西生殖医院开展的微阵列基因芯片检测分析使用的是 Affymetrix (昂飞) 基因分析系统, 适配检测芯片型号为 CytoScan 750k 和 Optima CytoScan 芯片, Affymetrix (昂飞) 基因分析系统及 CytoScan 750k, Optima CytoScan 芯片为一体注册组合, 全部配套芯片, 试剂, 金盐试剂耗材均为原厂专属匹配试剂, 不兼容第三方/非原厂试剂耗材。广西超谱仪器有限公司作为本基因芯片及试剂耗材的唯一授权供应商, 只能从该供应商处进行采购, 该项目符合采用单一来源方式采购的情形: "(一) 只能从唯一供应商处采购的, 即因使用不可替代的专利、专有技术, 或者公共服务项目具有特殊要求等, 导致只能从特定供应商处采购的。" 综上所述, 建议本项目采用单一来源采购方式。	
专业人员 签字	黄胜贤	日期 2026 年 5 月 9 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。